

Протокол №53 об итогах закупа способом запроса ценовых предложений
 «Приобретение медицинских изделий» по объявлению № 53 от 28.06.2022г.
 для КГП на ПХВ «Центр ядерной медицины и онкологии города Семей» УЗ ВКО

г. Семей

КГП на ПХВ ЦЯМиО УЗ ВКО

ул. Кутжанова 3
 11.07.2022г

5 июля 2022 г. в 11 часов 30 минут по адресу: РК, ВКО, г. Семей, ул. Кутжанова, д.3, КГП на ПХВ «Центр ядерной медицины и онкологии города Семей» УЗ ВКО в «Конференц-зале» произвел процедуру вскрытия конвертов с ценовыми предложениями на участие в закупе по объявлению № 53.

Краткое описание и цена закупаемых товаров, их торговое наименование:

№ лота	Международные непатентованные наименования закупаемых лекарственных средств, наименования медицинских изделий	Ед. изм	Кол-во	Сумма, выделенная для закупа, за единицу	Сумма, выделенная для закупа
1	Шприц Эвакуатор 150 мл для мочевого пузыря Шприц медицинский. Объем: 150мл. Исполнение: стеклянная колба. С зажимным конусом. Для применения с тубусами резектоскопов, нефроскопов и цистоскопов	шт	3	197 000	591 000
2	ЭКГ бумага 215*25*16 мм Бумага для ЭКГ – это медицинская диаграммная бумага премиум-класса с возможностью высококачественной печати, обеспечивает яркую распечатку с невероятно четкой точностью изображения и долговечностью до 10 лет. Краска не расплывается, не стирается, не размазывается, не тускнеет. Благодаря этому данные сохраняются длительное время. Характеристика: Размер – 215мм x 25м x 16мм. Цвет – внешняя сторона рулона – диаграммная сетка розового цвета, внутренняя сторона рулона – белая. Диаграммная сетка – площадь одного квадрата 1мм x 1мм. Обмотка – внешняя. Упаковка – рулон. Используется при печати диаграмм в электрокардиографах.	шт	40	2300	92 000
3	Кабель для аппарата Nihon Kohden Кардиофакс Qэлектрокардиографа ECG-9130K Кабель для ЭКГ — это неотъемлемая часть электрокардиографа. С помощью кабеля для ЭКГ берутся показатели у пациента для дальнейшей их расшифровки с аппарата ЭКГ. ЭКГ кабель Nihon Kohden (K081) BJ-902D разработан в комплекте с кардиографом Nihon Kohden и служит сменной частью для кардиографов Nihon Kohden: Nihon Kohden Cardiofax Q, ECG-9620, ECG-9010, ECG-9020, ECG-9022, ECG-9110, ECG-9130, ECG-9132, ECG-9110K, ЭКГ кабель Nihon Kohden: технические характеристики <ul style="list-style-type: none"> • Количество отведений для подключения электродов– 10 штук • 6 хвостов для грудных электродов, 4 хвоста для конечностных электродов. Все отведения имеют цветовое обозначение, конечностные хвосты длиннее грудных. • Центральный ЭКГ кабель (папа) 15 DIN• Температура нормальной работы -5 -45°C • Имеет защиту для проведения дефибрилляции • Штекера на концах отведений имеют диаметр 4мм • Штекера тип «банан» (при необходимости могут поставляться «din», а также кнопочный для одноразовых электродов) • Имеет защиту от внешних помех. • Общее обозначение: Nihon Kohden 10 leads ecg cable, 4.7KΩ, Banana 4.0 	шт	1	93 500	93 500

<p>Технические характеристики: Количество 12 общепринятых отведений (I, II, III шт-1-- отведений: aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6) Количество проводов: 10 Тип разъема: DA-15 Тип вилки: Прямой Крепление вилки: На винтах Цвет: Серый Диаметр штекера: 4мм Тип штекера: Banana plug с пружиной Сопротивление: 1 кОм Температура эксплуатации: от -10 до 55 °С Влажность эксплуатации: 25-85% Длина кабеля: 3,2м Кабель ЭКГ (универсальный, IEC, DIN 3.0) 001DNI. Код: 001DNI</p>				
Итого: 776 500 (семьсот семьдесят шесть тысяч пятьсот) тенге 0 тибн.				

2. Дата и время предоставления ценового предложения потенциальными поставщиками:

1. ТОО «Диаком-Химтэко». РК, г. Семей, Муждународный переулок 1/1. Представили ценовое предложение 29.06.2022 года в 14:05 часов.
2. ТОО «ОрдаМед Семей». РК, г. Семей, ул. Абая Кунанбаева, дом 102. Представили ценовое предложение 30.06.2022 года в 10:35 часов.
3. ТОО «МедСервис ОРЕОН». РК, г. Семей, ул. Засядко, 89. Представили ценовое предложение 5.07.2022 года в 9:35 часов.

Ценовое предложение ТОО «МедСервис ОРЕОН» по лоту №1 предоставленное 5.07.2022 года в 9:35 часов отклонена вне соответствии гл.4, п.18, п.2.

3. Потенциальные поставщики представили следующие ценовые предложения:

По лоту 2:

Наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым предполагается заключить договор	Цена, победителя	Цена договора, тенге
ТОО «Диаком-Химтэко». РК, г. Семей, Муждународный переулок 1/1	1570	62800

По лоту 3:

Наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым предполагается заключить договор	Цена, победителя	Цена договора, тенге
ТОО «МедСервис ОРЕОН». РК, г. Семей, ул. Засядко, 89.	93500	93500

4. Наименование потенциальных поставщиков, присутствовавших при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: ТОО «МедСервис ОРЕОН».

5. РЕШЕНО:

По лоту №2 На основании Главы 9 пункта 100 ПП РК от 4 июня 2021 года №375 ТОО «Диаком-Химтэко» представить документы в соответствии с п.102 Правил. При предоставлении потенциальным поставщиком документов в соответствии с п. 102 Правил, признать ТОО «Диаком-Химтэко» победителем.

По лоту №3 На основании Главы 9 пункта 100 ПП РК от 4 июня 2021 года №375 ТОО «МедСервис ОРЕОН» представить документы в соответствии с п.102 Правил. При предоставлении потенциальным поставщиком документов в соответствии с п. 102 Правил, признать ТОО «МедСервис ОРЕОН» победителем.

По лоту №1 признать не состоявшимся, на основании главы 9 пункта 101 Правил.

Решение принято единогласно:

Председатель комиссии: Жабагин К.Т.

Зам. Председателя комиссии: Курмангалеева Г. У.

Член комиссии: Канапиянова К.А.

Секретарь: Шайкенова К.Б.